




TRIAL

Dispositivo medicale realizzato per locali medici di gruppo 2 quali sale per anestesia, chirurgia, cure intensive, per esami angiografici ed emodinamici. TRIAL è una soluzione modulare composta da un massimo di tre profili d'alluminio al cui interno trovano spazio utenze elettriche, impianto dei gas medicali e sistema di chiamata in modo ordinato e strutturato. Nella versione con sistema di illuminazione, questa testataletto presenta due ulteriori canali per una luce confortevole e che supporta in modo efficiente l'attività dello staff medico.

Medical device made for medical premises of group 2 such as anesthesia room, surgery room, intensive care, angiography and hemodynamic examinations rooms. TRIAL is a modular solution composed of a maximum of three aluminum profiles in which electric utilities, medical gas system and call system can find an orderly and structured location. The version with lighting system has two additional channels for a comfortable light that efficiently supports the activity of the medical staff.

CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 93/42/CEE CLASSIFICATION ACCORDING TO THE 93/42/CEE DIRECTIVE

- › Classe I (senza gas) - IIa/IIb (con gas)
- › Funzionamento continuo
- › Senza parti applicate
- › Installabile in locali per uso medico di gruppo 0, 1 e 2
- › Non idoneo per essere installato in ambienti con rischio esplosione (presenza di gas e vapori infiammabili)
- › Non installabile in ambienti ricchi di ossigeno con concentrazione superiore al 25% con una pressione ambientale sino a 110 kPa in condizioni normali
- › Non idoneo alle prescrizioni relative alle categorie AP e APG
- › I class (no gas) - IIa/IIb (with gas)
- › Non-stop operation
- › No sections are applied
- › Suitable for the installation in group 0, 1 and 2 medical premises
- › Not suitable for the installation in explosion risk environments (locations with gases and flammable vapours)
- › Not suitable for the installation in environments with an oxygen amount superior to the 25% with an environmental pressure until the 110kPa in usual circumstances
- › Not suitable for the categories AP and APG provisions

DIRETTIVE E NORMATIVE DI RIFERIMENTO REFERENCE DIRECTIVES AND REGULATIONS

93/42/CEE
UNI ISO 11197
CEI EN 60601-1
CEI EN 60598
CEI EN 55015
CEI EN 61547
UNI CEI EN ISO 14971
UNI CEI EN ISO 13485

TRIAL



CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL FEATURES

CORPO / BODY	Estruso in alluminio	Extruded aluminium
OTTICA / DIFFUSOR	Policarbonato satinato opale	Glazed opal polycarbonate diffusers
LUNGHEZZA MASSIMA* MAXIMUM LENGTH*	3700 mm	3700 mm
GRADO IP / PROTECTION GRADE	IP20 generale IP40 circuito di illuminazione IP21 prese elettriche	IP20 general IP40 lighting circuit IP21 electrical sockets
COLORE STANDARD** / STANDARD COLOUR**	RAL 9010 Opaco	Opaque RAL 9010
TRATTAMENTO SUPERFICIALE A RICHIESTA SURFACE TREATMENT ON REQUEST	Anodizzazione, verniciatura anti-microbica, finitura decorativa	Anodization, antimicrobial coating, decorative finishing



CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL FEATURES

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE FEEDING TENSION	230V / 50Hz
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AUSILIARI ADDITIONAL FEEDING TENSION	24V AC
POTENZA MASSIMA PRESE ELETTRICHE MAXIMUM SOCKET POWER	3000W

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE LIGHTING FEATURES

Dati relativi ad un testaletto di lunghezza 1500 mm per 1 posto letto.
Details relating to a bedhead unit 1500 mm long for one bed.

	Potenza Power [W]	Flusso lumin.*** Lum. flux*** [lm]	Temp. colore Color temp. [K]
LUCE AMBIENTE / GENERAL LIGHT	48	3152	4000
LUCE LETTURA / READING LIGHT	24	1576	4000
LUCE VISITA / EXAMINATION LIGHT	48	3152	4000
LUCE NOTTURNA / NIGHT LIGHT	3	121	4000



*Lunghezza riferita alla lavorazione in un unico pezzo. *Length referred to a single-block version.

**Ulteriori colori RAL disponibili a pagina 77. **For other RAL colours available, see page 77.

***Il flusso effettivo potrebbe avere una tolleranza del $\pm 10\%$. / ***The effective flux could have a tolerance of $\pm 10\%$.

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE CONFIGURATION EXAMPLES

Le dotazioni impiantistiche dei seguenti modelli sono a titolo esemplificativo. I dispositivi della serie TRIAL possono essere configurati con caratteristiche differenti in base alle esigenze impiantistiche. Per specifiche richieste vi preghiamo di contattare il nostro ufficio commerciale.
These following versions are illustrative examples. TRIAL devices can be custom-made according to technical exigencies.
For specific needs, please contact our Sales Department.

TRIAL

DIRETTIVA 93/42/CEE
93/42/CEE DIRECTIVE



PESO [Kg/ml]:
WEIGHT [Kg/ml]:





INSTALLAZIONE
INSTALLATION



Parete - orizzontale
Wall - horizontal

IDONEO PER
SUITABLE FOR



TRIAL

DIRETTIVA 93/42/CEE
93/42/CEE DIRECTIVE



PESO [Kg/ml]:
WEIGHT [Kg/ml]:




INSTALLAZIONE
INSTALLATION



Parete - orizzontale
Wall - horizontal

IDONEO PER
SUITABLE FOR



RIANIMAZIONE E UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA

INTENSIVE CARE UNIT

La dotazioni impiantistiche dei seguenti modelli sono a titolo esemplificativo. I dispositivi della serie TRIAL possono essere configurati con caratteristiche differenti in base alle esigenze impiantistiche. Per specifiche richieste vi preghiamo di contattare il nostro ufficio commerciale.
*These following versions are illustrative examples. TRIAL devices can be custom-made according to technical exigencies.
For specific needs, please contact our Sales Department.*

TRIAL

DIRETTIVA 93/42/CEE
93/42/CEE DIRECTIVE

GRUPPO
GROUP
0 / 1

CLASSE
CLASS
IIa / IIb

PESO [Kg/ml]:
WEIGHT [Kg/ml]:



7,5

INSTALLAZIONE
INSTALLATION



Parete - orizzontale
Wall - horizontal

IDONEO PER
SUITABLE FOR



TRIAL.2

DIRETTIVA 93/42/CEE
93/42/CEE DIRECTIVE

GRUPPO
GROUP
2

CLASSE
CLASS
IIa / IIb

PESO [Kg/ml]:
WEIGHT [Kg/ml]:



12,5

INSTALLAZIONE
INSTALLATION



Parete - orizzontale
Wall - horizontal

IDONEO PER
SUITABLE FOR



Degenza
Patient room



Terapia Intensiva
Intensive care



Laboratorio
Laboratory